

Certifications en matière de sécurité



Classe I, division 1, groupes A, B, C, D T4 ; classe I, zone 0, AEx/Ex ia IIC T4 Ga
-40 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C

ATEX : Sira 18ATEX2243,  2460  II 1G I M1 / Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma
Tamb -40 °C à 60 °C

IECEX : IECEX SIR 18.0058 Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma Tamb = -40 °C à +60 °C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : assurez-vous de lire et de comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ou de réparer l'appareil.

AVERTISSEMENT : la substitution de composants peut compromettre la sécurité.

AVERTISSEMENT : pile au lithium : utilisez uniquement une pile approuvée : pile au lithium 2/3 AA 3,6 V 1,65 A (réf. : BWS-BAT01).